Medline International France SAS
2 rue Rene Caudron,
Bâtiment 13F
Parc d'Affaires le Val Saint Quentin
78960 Voisins le Bretonneux
France

Tél. : +33 1 30 05 34 00
Fax : +33 1 30 05 34 43
www.medline.eu/fr

Fiche technique

Humidificateurs Aquapak® avec adaptateurs

Référence(s)

Eau stérile AQUAPAK® avec adaptateur pour humidification

Référence	Capacité	Configuration	Soupape de décompression	Type de connexion	Comprend	Unités / carton
H00340CE	340 ml	Eau stérile	Oui	International	H00040CE	20
H00640CE	650 ml	Eau stérile	Oui	International	H00040CE	10
H00340FCE	340 ml	Eau stérile	Oui	Français	H00040FCE	20
H00640FCE	650 ml	Eau stérile	Oui	Français	H00040FCE	10

Description

Les humidificateurs à bulles pré-remplis AQUAPAK® sont des dispositifs médicaux à usage unique qui fournissent de l'eau stérile pour la thérapie par inhalation. Ils se composent de deux parties : un réservoir d'humidificateur qui contient de l'eau stérile et un adaptateur. L'adaptateur se connecte directement à un débitmètre d'oxygène et fonctionne à des débits compris entre 0,5 et 10 litres par minute (LPM). Les adaptateurs disposent d'une alarme sonore (soupape de décompression) qui avertit l'utilisateur en cas de restriction ou d'occlusion du débit.

Caractéristiques de l'eau stérile Aquapak : 1 x Distillée, dé-ionisée, dé-chlorée, double filtre via le filtre Millipore, apyrogène, norme de qualité USP.
Méthode de stérilisation de l'eau : traitement aseptique (A)
Les adaptateurs Aquapak: sont disponibles en 2 versions et permettent une connexion directe au débitmètre:

- Dimension 9/16 pouce x 18 (INTL)
- Dimension 12 mm x 1,25 (français)

Méthode de stérilisation des adaptateurs : rayons (R)

Matière(s)

Flacon réservoir : Polypropylène
Percuteur : polystyrène
Adaptateur : Polypropylène
Manchon : Silicone

Conditionnement

Veuillez vous référer au tableau

Emballage

Sachet contenant l'adaptateur : Tyvek ou film
Sac extérieur du réservoir : Sachet en polyéthylène (PE)

Fabricant légal

Medline Industries LP, Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, USA – EN ISO 13485

Réglementation

Conforme à la Réglementation des Dispositifs Médicaux 2017/745 et à la Réglementation du Royaume-Uni sur les dispositifs médicaux, Annexe XI Partie A
Classe du dispositif: IIa stérile

- Veuillez consulter l'étiquetage ainsi que le mode d'emploi avant d'utiliser le produit.

2797 0086

STERILE A
STERILE R

Sans latex

© 2023 Medline Industries LP ou l'une de ses filiales. Tous droits réservés.
TDS_Aquapak Humifidifiers with Adaptors_FR02

Durée de conservation: Date limite d'utilisation et de péremption

Numéro du document: EU1-00004-F- Titre du document: FINT.441 - Technical Révision 9