


制造商：振德医疗用品股份有限公司 Manufacturer : Zhende Medical Co., Ltd	公司地址：浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区 Address: Gaobu Town, 312035 Shaoxing, Zhejiang, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA	
文件名称：产品规格书 File Name : Product Specification	产品名称：无纺布胶带 Product name: Non-woven tape	
文件编号：ZDYL/QR TD-024-P355-02 File No. : ZDYL/QR TD-024-P355-02	页码：共 1 页, 第 2 页 Page: 1 of 2	

1.产品列表 Product list

序号 No.	REF	名称 Product name	颜色 Color	规格尺寸 (门幅 x 长) Size W x L	灭菌方式 Sterilization method	包装方式 Package method
1	INNO130017	无纺布胶带 Non-woven tape	白色 White	2.5cmx5m	非灭菌 Non-sterile	12 卷/中盒, 48 中盒/立方袋/外箱 12 rolls/box, 48 boxes/bag/carton

2.产品规范 Product specification

2.1 原料规范 Material specification

项目 Items	指标要求 Criteria	参照标准 Applicable standard
背衬 Backing	无纺布 nonwovens	NA
胶水 Adhesive	热熔胶 hotmelt	NA


2.2 包材要求 Packaging material

材料名称 Material	成分或特征 Composition or character	规格 Specification
中盒 Inner box	灰底白板 coated duplex board with grey back	400gsm
外箱 Carton	瓦楞纸板 corrugated board	双瓦楞 double corrugated

2.3 成品要求 Requirements for finished product


项目 Items	指标要求 Criteria		参照标准 Applicable standard
180 度剥离 180° Peeling strength	≥1.0N/cm		YY/T 0148-2006
持粘性 Adhesion	≤2.5mm/30min		YY/T 0148-2006
卷宽 Roll width	W	±0.2cm	NA
卷长 Roll length	L	≥95%	NA

2.3 产品工艺图示 Product process figure



内包装 inner packing

外包装 outer packing

制造商：振德医疗用品股份有限公司 Manufacturer : Zhende Medical Co., Ltd	公司地址：浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区 Address: Gaobu Town, 312035 Shaoxing, Zhejiang, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA	
文件名称：产品规格书 File Name : Product Specification	产品名称：无纺布胶带 Product name: Non-woven tape	
文件编号：ZDYL/QR TD-024-P355-02 File No. : ZDYL/QR TD-024-P355-02	页码：共 2 页, 第 2 页 Page: 2 of 2	

3. 印刷稿 Artwork

内、中、外包装的印刷内容以双方确认的图稿为准；
The primary, secondary and outer package artworks are subject to both parties confirmed artwork.

4. 保质期 Expiry date

项目 Item	要求 Requirement	备注 Remark
保质期 Expiry date	从生产日起包装完好 3 年 The package is in good condition for 3 years from the date of production	/

5.产品存储 Storage condition


产品应存储在遮光、避雨，无腐蚀性气体，通风良好的控制室内。
The product should be stored in the well-ventilated control room, shaded from light and rain, free of corrosive gases.

6.修改历史 Revision History


版本 Version	修改状态 Revised Status	修改内容 Content	修改人员 Author	修改日期 Date
B	0	新增 New version	谢杰霆 Jieting Xie	2024/06/12

7.批准 Approval

编制：
Draft:




PE 技术员
PE Technician




日期
Date

审核：
Review:




产品开发主管
Product Development Supervisor




日期
Date

批准：
Approval:



工程部经理
Engineering Department Manager



日期
Date

客户会签/日期：
Customer signature/date:



Marie Exbrayat
2025/02/21